放射性セシウムスクリーニング結果報告

報告日：2025 年　02 月 14 日

〒354-0046
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東 4-8
株式会社　タカノ
品質保証部
ＴＥＬ：049-259-7330
ＦＡＸ：049-259-8270
http://www.egg-takano.co.jp

検体名	検体測定日	測定項目	測定結果（Ｂｑ/ｋｇ）
㈲栗駒ﾎﾟｰﾄﾘｰﾌｧｰﾑ様 入荷日：2025.02.06	2025.02.06	放射性セシウム（Ｃｓ-134・137）	不検出（測定下限値未満）

測定機器	フランス　ＥＵＲＯＲＡＤ社製　ベクレル計（シンチレーションスペクトロメーター） 測定下限値 25Ｂｑ/ｋｇ
検知エネルギー	200Ｋｅ Ｖ～1500Ｋｅ Ｖ
測定方法	厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課　「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」を参考
基準値	卵・・・・放射性セシウム 100Ｂｑ/ｋｇ以下